ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO
PREGÃO ELETRONICO Nº19/2022

Ref.: APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE.

ERIMED INDUSTRIA E COEMRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*
- *Pela **reprovação** dos:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
1	*Atadura de crepom medindo 06cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, 18 fios com densidade tipo II, confeccionada em tecido com no minimo 90% de algodão acrescido de poliamida, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparencias uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente, pacotes com 12 unidades. O produto deverá atender na integra as especificações da NBR14.055 e 14.056. Apresentar amostra.*	Não apresentou amostra
2	*Atadura de crepom medindo 10cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, 18 fios com densidade tipo II, confeccionada em tecido com no minimo 90% de algodão acrescido de poliamida, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparencias uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente, pacotes com 12 unidades. O produto deverá atender na integra*	Não apresentou amostra

	as especificações da NBR14.055 e 14.056. Apresentar amostra	
3	*Atadura de crepom medindo 15cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, 18 fios com densidade tipo II, confeccionada em tecido com no minimo 90% de algodão acrescido de poliamida, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparencias uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente, pacotes com 12 unidades. O produto deverá atender na integra as especificações da NBR14.055 e 14.056. Apresentar amostra.*	Não apresentou amostra
4	*Atadura de crepom medindo 20cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, 18 fios com densidade tipo II, confeccionada em tecido com no minimo 90% de algodão acrescido de poliamida, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparencias uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente, pacotes com 12 unidades. O produto deverá atender na integra as especificações da NBR14.055 e 14.056. Apresentar amostra.*	Não apresentou amostra

NEW LIFE

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*
- *Pela **reprovação** do item:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
15	*Compressa de gaze 13 fios - Características: confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cincodobras, com dimensão de 7,5x7,5cm quando fechadas e 15x30cm quando abertas. Cor branca, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas,amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos, embaladas em pacote plástico com 500 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, sem fios radiopacos e demais características conforme ABNT 13841. Apresentar amostra bem como registro no ministério da saúde.*	Amostra apresentada com peso 389g, tamanho aberta 12x27cm

ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*
- *Pela **reprovação** do:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
17	*Equipo duas vias (tipo polifix). Conexão duas vias para infusão parenteral, estéril, descartável, transparente, pinça corta fluxo nas 2 (duas) vias de vedação precisa em cores distintas para facilitar a identificação, conectores fêmea com tampa protetora rosqueável. Conector proximal luer rotativo slip e lock na mesma peça, com acabamento lateral sem saliências que permita apoio seguro na pele. Comprimento de 18cm. Todo sistema deve ser resistente e oferecer segurança na utilização, deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, e de fácil manuseio. Embalagem em papel grau cirurgico e plástico filme, que proporcione abertura em pétala, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de identificação, tipo e data de esterilização, validade. Apresentar registro no MS e amostra.*	Amostra apresentada com conector slip.
20	*Equipo para soro macrogotas estéril, uso único, biocompatível, ponta perfurante, multiajustável com protetor, câmara de macrogotas flexível com capacidade mínimo de 9ml, liberando 20 gts/min, filtro de 15 micras para solução, filtro bacteriano para ar, tubo extensor em PVC aerado, atóxico e apirogênico, flexível com pinça rolete (regulador de fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o máximo e com sistemas que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário) e pinça clamp (que assegure a interrupção do fluxo em zero quando necessário sem alterar a regulagem da pinça rolete). Ponto de infusão lateral (em Y) autovedante com protetor de dedos atendendo a NR32, conector macho rotativo slip e lock na mesma peça e tampa protetora com filtro que permita a retirada do ar do sistema sem desconectar a tampa. Medindo o sistema inteiro o mínimo de 150cm. Embalado em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, permitindo abertura em pétala, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Apresentar registro no MS, certificado de conformidade com a portaria 502/11 inmetro. Apresentar amostra.*	Amostra apresentada em embalagem de plástico, conector slip, ausência do protetor de dedo.
22	*Esparadrapo cirúrgico impermeável. Com capa 10cm x 4.5m composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva isenta de*	Amostra apresentada contem látex

	borracha natural composta de óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade. Apresentar registro da anvisa. Apresentar amostra.	

MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** do item 21;*
- *Pela **reprovação** de nenhum item.*

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*
- *Pela **reprovação** do item:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
19	*Equipo para infusão enteral 2 (duas) vias em Y sendo uma via, com câmara de macrogotas flexível com capacidade mínimo de 9ml e gotejador para 20 gotas = 1 ml, com entrada de ar e filtro bacteriológico, ponta perfurante, com mínimo três orifícios para entrada de alimento, para adaptação segura em bolsas/frascos de dietas enterais, em ABS branco e tampa protetora . Tubo extensor azul em PVC flexível, com diâmetro uniforme em toda sua extensão, sem efeito memória, pinça rolete para controle do fluxo ministrado. Segunda via de conexão fêmea com tampa protetora rosqueável, pinça clamp, para administração de água. Ponta distal com conector escalonado em ABS branco com o mínimo de sete escalas para melhor conexão a diversos tamanhos de sondas, com tampa protetora. Apresentar registro no MS. Apresentar amostra.*	Amostra apresentada diferente do solicitado.

ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*
- *Pela **reprovação** do item:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
23	*Guardanapo de papel grande 32X32, pacote com 100. Apresentar amostra.*	Amostra apresentada com dimensões inferior ao solicitado

ARCO

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*
- *Pela **reprovação** do item:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
24	*Mascara hospitalar para proteção das vias respiratórias contra poeiras, nevoa e fumos, tipo PFF2, confeccionada em quatro camadas: camada externa de fibra sintetica de polipropileno; camada meio de fibra sintetica estrutural; camada filtrante de fibra sintetica com tratamento eletrostatico; camada interna de fibra sintetica de contato facial. Com tirantes de cabeça látex free para sustentação da peça facial com dispositivo de ajuste e tira metalica para ajuste sobre o septo nasal. Apresentar certificação INMETRO, registro ms/CA. Apresentar amostra.*	Amostra e documentos apresentados não comprava a ausência de látex e não comprava uso para área da saúde.

NICOLAU SATURNINO VIEIRA

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** do item 26;*
- *Pela **reprovação** do item:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
43	*Vestimenta de proteção modelo MACACÃO com capuz possuindo elástico frontal, confeccionada em tecidos sintéticos não tecido - TNT, Polipropileno (SMS), com gramatura mínima de 60 gr/m2. Hidrorepelente, punhos em elásticos, com dispositivo adicional para fixação dos punhos ao polegar. Bainha com elástico para fixação aos tornozelos. Abertura frontal em velcro e elástico na cintura. Tamanhos P, M e G a ser solicitado pela Secretaria de Saúde deste município. Apresentar amostra.*	Amostra apresentada sem o dispositivo adicional para fixação dos punhos ao polegar; e sem elástico na cintura.

CEPALAB

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*
- *Pela **reprovação** do item:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
38	*Seringa de 100UI com agulha 8x0,30 seringa esterilizada com agulha fixa, dosagem nítida em unidade insulínica e extremamente precisa e exclusiva de uma a uma de fácil leitura e precisão nas dosagens; êmbolo com borracha de ajuste e vedação precisa e extremamente leve; agulha confeccionada em aço inoxidável de alta tecnologia; bisel perfeito, siliconizado, trifacetado e aguçado, permitindo punção atraumática; parede finíssima, permitindo melhor fluxo; Graduação exclusivamente em unidades insulinicas para não confundir o usuário; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar registro da ANVISA, certificação do INMETRO. Atender as Normas Regulamentadoras existentes. Apresentar amostra.*	Amostra apresentada graduação de 2 em 2 unidades
39	*Seringa de 1ml com agulha acoplada 25 x 0,6, 23G. Tamanho 01ML. Fabricada em polímero plástico inerte, ou seja, não reage com o medicamento; bisel trifacetado; atóxica; apirogênica, descartável, uso único estéril — esterilizada por óxido de etileno, subdividida exclusivamente de 0,01 em 0,01ml, corpo transparente — permite a perfeita visualização do nível de medicamento, além de facilitar detecção de possíveis impurezas: movimento suave do êmbolo, a lubrificação com silicone de alta qualidade reduz a pressão exigida durante a aplicação da injeção, tornando-a muito mais confortável. Embalagem individual em papel grau cirurgico com abertura*	Amostra apresentada graduação de 2 em 2 unidades, agulha tamanho diferente.

	asséptica contendo identificação do produto, validade e lote e registro na ANVISA. Apresentar amostra e registro na anvisa.	

LA DALLA PORTA JUNIOR

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*
- *Pela **reprovação** do item:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
5	*Avental descartável com manga longa, punhos em malha mínimo de 5cm, gramatura 40g, em tnt branco. Em conformidade ABNT NBR 16693/18. Apresentar amostra.*	Amostra apresentada com gramatura inferior ao descritivo.

CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERRINARIOS LTDA - ME

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*
- *Pela **reprovação** do item:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
25	*Oxímetro adulto, projetado para medir a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2) e a pulsação em adultos de forma não invasiva. Para dedos entre 0,8cm e 2,3cm e para pacientes sem movimentação. Mede mesmo com o dedo gelado. Funciona com as unhas pintadas. Resistência a quedas de até 1,5m. Super leve, utiliza apenas uma pilha. Tela Colorida Oled com ajuste de brilho. Visor ajustável (rotacional). Apresentar prospecto.*	Catalogo apresentado não comprova a utilização em dedo gelado e unhas pintadas.

Manuella Serafim da Silva
Enfermeira
Controle de Almoxarifado

Rejane Defreyn Nazário Candido
Enfermeira
Coordenadora de enfermagem ESF

Mislene Beza Gordo Sarzana
Enfermeira
Coordenadora SAD

Sergio Fernando Domingos Arent
Secretário Municipal de Saúde