ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO
PREGÃO ELETRONICO Nº19/2022

Ref.: APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE.

HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES ME

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*
- *Pela **reprovação** dos:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
1	*Atadura de crepom medindo 06cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, 18 fios com densidade tipo II, confeccionada em tecido com no minimo 90% de algodão acrescido de poliamida, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparencias uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente, pacotes com 12 unidades. O produto deverá atender na integra as especificações da NBR14.055 e 14.056. Apresentar amostra.*	Não apresentou amostra

JNS TEXTIL

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*
- *Pela **reprovação** do item:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
2	*Atadura de crepom medindo 10cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, 18 fios com densidade tipo II, confeccionada em tecido com no minimo 90% de algodão acrescido de poliamida, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparencias uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente, pacotes com 12 unidades. O produto deverá atender na integra as especificações da NBR14.055 e 14.056. Apresentar amostra*	Amostra apresentada 13 fios
3	*Atadura de crepom medindo 15cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, 18 fios com densidade tipo II, confeccionada em tecido com no minimo 90% de algodão acrescido de poliamida, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparencias uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente, pacotes com 12 unidades. O produto deverá atender na integra as especificações da NBR14.055 e 14.056. Apresentar amostra.*	Amostra apresentada 13 fios
4	*Atadura de crepom medindo 20cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, 18 fios com densidade tipo II, confeccionada em tecido com no minimo 90% de algodão acrescido de poliamida, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparencias uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente, pacotes com 12 unidades. O produto deverá atender na integra as especificações da NBR14.055 e 14.056. Apresentar amostra.*	Amostra apresentada 13 fios

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*
- *Pela **reprovação** do item:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
5	*Avental descartável com manga longa, punhos em malha mínimo de 5cm, gramatura 40g, em tnt branco. Em conformidade ABNT NBR 16693/18. Apresentar amostra.*	Não apresentou amostra
38	*Seringa de 100UI com agulha 8x0,30 seringa esterilizada com agulha fixa, dosagem nítida em unidade insulínica e extremamente precisa e exclusiva de uma a uma de fácil leitura e precisão nas dosagens; êmbolo com borracha de ajuste e vedação precisa e extremamente leve; agulha confeccionada em aço inoxidável de alta tecnologia; bisel perfeito, siliconizado, trifacetado e aguçado, permitindo punção atraumática; parede finíssima, permitindo melhor fluxo; Graduação exclusivamente em unidades insulinicas para não confundir o usuário; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar registro da ANVISA, certificação do INMETRO. Atender as Normas Regulamentadoras existentes. Apresentar amostra.*	Amostra apresentada com graduação de 2 em 2 unidades

MASTERMEDIC DISTROBUIDORA

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** do item 22 e 24;*
- *Pela **reprovação** do item:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
17	*Equipo duas vias (tipo polifix). Conexão duas vias para infusão parenteral, estéril, descartável, transparente, pinça corta fluxo nas 2 (duas) vias de vedação precisa em cores distintas para facilitar a identificação, conectores fêmea com tampa protetora rosqueável. Conector proximal luer rotativo slip e lock na mesma peça, com acabamento lateral sem saliências que permita apoio seguro na pele. Comprimento de 18cm. Todo sistema deve ser resistente e oferecer segurança na utilização, deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, e de fácil manuseio. Embalagem em papel grau cirurgico e plástico filme, que proporcione abertura em pétala, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de identificação, tipo e data de esterilização, validade. Apresentar registro no MS e amostra.*	Amostra apresentada somente com conector slip

19	*Equipo para infusão enteral 2 (duas) vias em Y sendo uma via, com câmara de macrogotas flexível com capacidade mínimo de 9ml e gotejador para 20 gotas = 1 ml, com entrada de ar e filtro bacteriológico, ponta perfurante, com mínimo três orifícios para entrada de alimento, para adaptação segura em bolsas/frascos de dietas enterais, em ABS branco e tampa protetora . Tubo extensor azul em PVC flexível, com diâmetro uniforme em toda sua extensão, sem efeito memória, pinça rolete para controle do fluxo ministrado. Segunda via de conexão fêmea com tampa protetora rosqueável, pinça clamp, para administração de água. Ponta distal com conector escalonado em ABS branco com o mínimo de sete escalas para melhor conexão a diversos tamanhos de sondas, com tampa protetora. Apresentar registro no MS. Apresentar amostra.*	Amostra apresenta com câmara gotejadora pequena (capacidade para 5ml)

ROTA SUL

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*
- *Pela **reprovação** do item:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
20	*Equipo para soro macrogotas estéril, uso único, biocompatível, ponta perfurante, multiajustável com protetor, câmara de macrogotas flexível com capacidade mínimo de 9ml, liberando 20 gts/min, filtro de 15 micras para solução, filtro bacteriano para ar, tubo extensor em PVC aerado, atóxico e apirogênico, flexível com pinça rolete (regulador de fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o máximo e com sistemas que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário) e pinça clamp (que assegure a interrupção do fluxo em zero quando necessário sem alterar a regulagem da pinça rolete). Ponto de infusão lateral (em Y) autovedante com protetor de dedos atendendo a NR32, conector macho rotativo slip e lock na mesma peça e tampa protetora com filtro que permita a retirada do ar do sistema sem desconectar a tampa. Medindo o sistema inteiro o mínimo de 150cm. Embalado em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, permitindo abertura em pétala, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Apresentar registro no MS, certificado de conformidade com a portaria 502/11 inmetro. Apresentar amostra.*	Amostra apresentada com ausência da pinça clamp

TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** do item 23;*
- *Pela **reprovação** de nenhum item.*

PROMEDI

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*
- *Pela **reprovação** do item:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
25	*Oxímetro adulto, projetado para medir a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2) e a pulsação em adultos de forma não invasiva. Para dedos entre 0,8cm e 2,3cm e para pacientes sem movimentação. Mede mesmo com o dedo gelado. Funciona com as unhas pintadas. Resistência a quedas de até 1,5m. Super leve, utiliza apenas uma pilha. Tela Colorida Oled com ajuste de brilho. Visor ajustável (rotacional). Apresentar prospecto.*	Catalogo apresentado não comprova a utilização em dedo gelado e unhas pintadas.

MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*
- *Pela **reprovação** do item:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
43	*Vestimenta de proteção modelo MACACÃO com capuz possuindo elástico frontal, confeccionada em tecidos sintéticos não tecido - TNT, Polipropileno (SMS), com gramatura mínima de 60 gr/m2. Hidrorepelente, punhos em elásticos, com dispositivo adicional para fixação dos punhos ao polegar. Bainha com elástico para fixação aos tornozelos. Abertura frontal em velcro e elástico na cintura. Tamanhos P, M e G a ser solicitado pela Secretaria de Saúde deste município. Apresentar amostra.*	Amostra apresentada com gramatura 50.

Manuella Serafim da Silva
Enfermeira
Controle de Almoxarifado

Rejane Defreyn Nazário Candido
Enfermeira
Coordenadora de enfermagem ESF

Mislene Beza Gordo Sarzana
Enfermeira
Coordenadora SAD

Sergio Fernando Domingos Arent
Secretário Municipal de Saúde