ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO
PREGÃO ELETRONICO Nº19/2022

Ref.: APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE.

LA DALLA PORTA JUNIOR

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*
- *Pela **reprovação** dos:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
1	*Atadura de crepom medindo 06cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, 18 fios com densidade tipo II, confeccionada em tecido com no minimo 90% de algodão acrescido de poliamida, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparencias uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente, pacotes com 12 unidades. O produto deverá atender na integra as especificações da NBR14.055 e 14.056. Apresentar amostra.*	Amostra apresentada contem peso 18g e comprimento 2.17cm
4	*Atadura de crepom medindo 20cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, 18 fios com densidade tipo II, confeccionada em tecido com no minimo 90% de algodão acrescido de poliamida, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparencias uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente, pacotes com 12 unidades. O produto deverá atender na integra as especificações da NBR14.055 e 14.056. Apresentar amostra.*	Amostra apresentada contem peso 58g e comprimento 2.10cm

MEDEFE

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*
- *Pela **reprovação** do item:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
2	*Atadura de crepom medindo 10cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, 18 fios com densidade tipo II, confeccionada em tecido com no minimo 90% de algodão acrescido de poliamida, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparencias uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente, pacotes com 12 unidades. O produto deverá atender na integra as especificações da NBR14.055 e 14.056. Apresentar amostra*	Amostra apresentada com peso 20g e comprimento 2,26cm
3	*Atadura de crepom medindo 15cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, 18 fios com densidade tipo II, confeccionada em tecido com no minimo 90% de algodão acrescido de poliamida, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparencias uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente, pacotes com 12 unidades. O produto deverá atender na integra as especificações da NBR14.055 e 14.056. Apresentar amostra.*	Não apresentou amostra

METROMED

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*

- *Pela **reprovação** do item:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
5	*Avental descartável com manga longa, punhos em malha mínimo de 5cm, gramatura 40g, em tnt branco. Em conformidade ABNT NBR 16693/18. Apresentar amostra.*	Não apresentou amostra

TRADE MEDICAL

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** dos itens 17 e 19;*
- *Pela **reprovação** de nenhum item.*

NICOLAU

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*
- *Pela **reprovação** do:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
25	*Oxímetro adulto, projetado para medir a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2) e a pulsação em adultos de forma não invasiva. Para dedos entre 0,8cm e 2,3cm e para pacientes sem movimentação. Mede mesmo com o dedo gelado. Funciona com as unhas pintadas. Resistência a quedas de até 1,5m. Super leve, utiliza apenas uma pilha. Tela Colorida Oled com ajuste de brilho. Visor ajustável (rotacional). Apresentar prospecto.*	Catalogo apresentado sem logotipo da marca, sem comprovação de uso em unhas pintadas.

ALTERMED

Após análise dos materiais apresentados para verificação do atendimento dos mesmos ás especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, esta comissão decide:

- *Pela **aprovação** de nenhum item;*

- *Pela **reprovação** do item:*

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
38	*Seringa de 100UI com agulha 8x0,30 seringa esterilizada com agulha fixa, dosagem nítida em unidade insulínica e extremamente precisa e exclusiva de uma a uma de fácil leitura e precisão nas dosagens; êmbolo com borracha de ajuste e vedação precisa e extremamente leve; agulha confeccionada em aço inoxidável de alta tecnologia; bisel perfeito, siliconizado, trifacetado e aguçado, permitindo punção atraumática; parede finíssima, permitindo melhor fluxo; Graduação exclusivamente em unidades insulinicas para não confundir o usuário; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar registro da ANVISA, certificação do INMETRO. Atender as Normas Regulamentadoras existentes. Apresentar amostra.*	Amostra apresentada com graduação de 2 em 2 unidades

Manuella Serafim da Silva
Enfermeira
Controle de Almoxarifado

Rejane Defreyn Nazário Candido
Enfermeira
Coordenadora de enfermagem ESF

Mislene Beza Gordo Sarzana
Enfermeira
Coordenadora SAD

Sergio Fernando Domingos Arent
Secretário Municipal de Saúde